

FICHA TECNICA DEL EQUIPO SLUMP
MODELO: PYS302

1. DESCRIPCIÓN

El equipo para prueba de Abrahams (Slump) se utiliza para realizar ensayos de revenimiento del concreto fresco, permitiendo evaluar su consistencia, trabajabilidad y uniformidad antes de su colocación.

Está diseñado para uso en campo y laboratorio, cumpliendo con los procedimientos estándar de control de calidad del concreto.

2. APLICACIONES

- Ensayo de revenimiento (Slump) en concreto fresco
- Control de calidad del concreto en obra
- Verificación de consistencia y trabajabilidad
- Uso en laboratorios de materiales y supervisión técnica

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Normas de ensayo: ASTM C143, C192 AASHTO T23, T119, T126 BS 1881: 102 EN 12350-2	
Modelo del conjunto de equipo	PYS302
Modelo del cono de asentamiento	LA-0275
Diámetro en la base mayor	203 ± 2 mm (8 ± 1/8 pulgadas)
Diámetro en la base menor	102 ± 2 mm (4 ± 1/8 pulgadas)
Altura	305 ± 2 mm (12 ± 1/8 pulgadas)
Modelo de la Varilla	LA-0280
Diámetro	15.9 mm (5/8 pulgadas)
Longitud	59.1 cm (23 ¼ pulgadas)
Radio	8 mm (5/16 pulgadas)

Modelo de la base del cono	PYS303-2.
Largo	60 cm
Ancho	40 cm

4. IMÁGENES REFERENCIALES

