

## FICHA TECNICA DEL AGUA DESTILADA

Modelo: PYS667

**PRODUCTO: AGUA TRATADA MICROFILTRADO POR OSMOSIS INVERSA Y  
DESIONIZADORES PASADO POR EL UV**

### RESULTADOS ANÁLISIS QUÍMICOS MEDIDOS EN PLANTA:

| ANÁLISIS                                                        | RESULTADO     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Conductividad: Realizado por un equipo medidor de conductividad | <1 $\mu$ S/cm |
| PH: Realizado por un equipo medidor de pH                       | 5.5 a 7.5     |
| TOC: Realizado por un laboratorio externo                       | <0.5 mg C/L   |
| CL2: Realizado por equipo medidor                               | <0.1 mg /L    |

### ANEXO: PARAMETROS MEDIDOS POR UN LABORATORIO EXTERNO:

| ANÁLISIS             |        | RESULTADO            |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Aluminio total mg/L  | 0.001  | Manganeso total mg/L | <0.001 |
| Antimonio total mg/L | <0.001 | Mercurio total mg/L  | <0.001 |
| Arsénico total mg/L  | <0.001 | Níquel total mg/L    | <0.001 |
| Bario total mg/L     | <0.001 | Plata total mg/L     | <0.001 |
| Berilio total mg/L   | <0.001 | Plomo total mg/L     | <0.001 |
| Boro total mg/L      | 0.05   | Selenio total mg/L   | <0.001 |
| Cadmio total mg/L    | <0.001 | Uranio total mg/L    | <0.001 |
| Cobre total mg/L     | <0.001 | Vanadio total mg/L   | <0.001 |
| Cromo total mg/L     | <0.001 | Zinc total mg/L      | <0.001 |

### ANEXO: PARAMETRO MICROBIOLOGICOS

|                                                     |           |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| Numeración de heterótrofos                          | UFC/ml    | <1 |
| Numeración de Coliformes Fecales o Termo-tolerantes | UFC/100ml | <1 |
| Coliformes totales                                  | UFC/100ml | <1 |

  
**Damaris Villanueva Morillo**  
**Ingeniera Química**  
**Reg. CIP Nº 194563**

**PyS**  
**EQUIPOS**